

Numer zapytania	Z217/5/1
Tytuł zapytania	Refraktomert
Kupiec prowadzący:	Sułkowski, Mirosław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-09-19 11:22:17
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-19 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-06 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-06 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Bardzo proszę o ofertę na:

refraktometr przemysłowy CM-BASE-a in-line: zakres 0-53 %Brix; rozdzielczość: 0.1%Brix; dokładność:  $\pm 0.5\%$ Brix, automatyczna kompensacja temperatury: 10 do 50°C, wyjście: 4-20 mA, RS232; materiał przyzmatu: szafir; materiał gniazda: SUS304; materiał obudowy: aluminium, klasa szczelności: IP67; temperatura otoczenia: 10 do 40°C zasilanie: 24VDC; w zestawie kabel zasilająco-transmisyjny 2 m

Zamienników nie przyjmujemy.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Refraktometr zgodnie ze specyfikacją		1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie